

仕 様 書

品 名	DNA抽出装置の修繕
数 量	1 式
製造番号	シリアルNo.PFX0912A0104
製造会社	ライフテクノロジーズ社
修繕期限	令和9年3月5日(金)まで
修繕場所	刑事部科学捜査研究所 三重県津市栄町一丁目100番地DNA棟
修繕内容	AutoMate Express(S/N:PFX0912A0104) 専用制御ボードの不具合解消及び動作確認

修 繕 条 件

- 1 修繕中、本仕様書に疑義を生じたときは、速やかに三重県警察本部会計課の係官(以下「係官」という。)に連絡して指示を受けること。
- 2 修繕のために部品交換を行った場合は、故障部品を必ず回収すること。
- 3 修繕は、仕様書に明記されていない細部についても、その性質上当然本修繕に含まれるものは、双方協議の上修繕するものとする。
- 4 修繕に使用する材料は、すべて請負者において調達すること。
なお、使用材料は純正品を使用すること。
- 5 修繕終了後、係官の検査を受け、検査合格をもって修繕完了とする。検査が不合格となったときは、再修繕実施後、再検査を受けること。
- 6 修繕完了後、3ヶ月以内に本修理に起因する障害が発生し、又はその箇所が発見されたときは、請負者の負担でこれを完全に修理すること。
- 7 現物確認を希望する場合は、平日の8:30～17:15(12:00～13:00を除く)に科学捜査研究所担当(電話059-222-0110、内線4722、境)宛てに事前に必ず電話連絡をすること。