仕 様 書

品 名	液体クロマトグラフタンデム質量分析装置修繕
数 量	1 式
製造番号	シリアルNo. L20695003333
製造会社	島津製作所株式会社
修繕期限	令和7年9月30日
修繕場所	刑事部科学捜査研究所 三重県津市栄町一丁目100番地
状 況	液体クロマトグラフタンデム質量分析装置のうち脱気ユニットの真空ポンプ等に異常が発生し、データ取得できない状態にある。そのため部品交換が必要である。 ① 作業費 1式 ② 部品代 1式 脱気チャンバ(DGU-20AR) 3個、真空チューブ(DGU-20AR) 1個、真空ポンプ 1台

修 繕 条 件

- 1 修繕中、本仕様書に疑義を生じたときは、速やかに三重県警察本部会計課の係官(以下「係官」という。)に連絡して指示を受けること。
- 2 修繕は、仕様書に明記されていない細部についても、その性質上当然本修繕に含まれるものは、双方協議の上修繕するものとする。
- 3 修繕に使用する材料は、すべて請負者において調達すること。
なお、使用材料は純正品を使用すること。
- 4 修繕終了後、係官の検査を受け、検査合格をもって修繕完了とする。検査が不合格となったときは、再修繕実施後、再検査を受けること。
- 5 修繕完了後、3ヶ月以内に本修理に起因する障害が発生し、又はその箇所が発見されたとき請負者の負担でこれを完全に修理すること。